

ARKUSZ OCENY
PAKIET NR I – RĘKAWICE CHIRURGICZNE DLA PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA

Wykonawca

Lp.	Parametr	Skala ocen	Ocena	Uwagi
I	Rękawice chirurgiczne R lateksowe pd mr ortopedyczne			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	Ocena binarna tak/nie		
3	Łatwość nakładania	Ocena binarna tak/nie		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	Ocena binarna tak/nie		
II	Rękawice chirurgiczne R lateksowe pf mp			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	Ocena binarna tak/nie		
3	Łatwość nakładania	Ocena binarna tak/nie		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	Ocena binarna tak/nie		
5	Chwytność rękawiczki	Ocena binarna tak/nie		

Oceny dokonał:
imię i nazwisko, data, podpis

Stanowisko:.....

Oddział:.....

INSTRUKCJA OCENY TECHNICZNEJ

Punkt 1. Ocena „0 albo 1 albo 2”

0 pkt – 20% – 30% odczynów alergicznych w badanej grupie

1 pkt – 10% – 20% odczynów alergicznych w badanej grupie

2 pkt – 0% – 10% odczynów alergicznych w badanej grupie

w przypadku 30% i powyżej odczynów alergicznych w badanej grupie oferta zostaje odrzucona

Punkt 2. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – rękawiczki podczas nakładania pękają, rozrywają się

TAK – 2 pkt – rękawiczki podczas nakładania nie pękają, nie rozrywają się

Punkt 3. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek

TAK – 2 pkt – rękawiczki łatwo się nakłada

Punkt 4. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – występuje trudność przy otwarciu opakowania

TAK – 2 pkt – łatwe otwieranie

Punkt 5. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – brak pewności chwytu narzędzia w ręku

TAK – 2 pkt – narzędzie pewnie trzymane w ręku przez użytkownika

W przypadku oceny 0 pkt dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce uwagi!

**ARKUSZ OCENY
PAKIET NR II – RĘKAWICE CHIRURGICZNE**

Wykonawca

Lp.	Parametr	Skala ocen	Ocena	Uwagi
I	Rękawice chirurgiczne neoprenowe pf mp			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
II	Rękawice chirurgiczne lateksowe pd mp			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
III	Rękawice chirurgiczne lateksowe pd mp niskoproteinowe			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		

Oceny dokonał:
imię i nazwisko, data, podpis

Stanowisko:.....

Oddział:.....

INSTRUKCJA OCENY TECHNICZNEJ

Punkt 1. Ocena „0 albo 1 albo 2”

0 pkt – 20% – 30% odczynów alergicznych w badanej grupie

1 pkt – 10% – 20% odczynów alergicznych w badanej grupie

2 pkt – 0% – 10% odczynów alergicznych w badanej grupie

w przypadku 30% i powyżej odczynów alergicznych w badanej grupie oferta zostaje odrzucona

Punkt 2. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – rękawiczki podczas nakładania pękają, rozrywają się

TAK – 2 pkt – rękawiczki podczas nakładania nie pękają, nie rozrywają się

Punkt 3. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek

TAK – 2 pkt – rękawiczki łatwo się nakłada

Punkt 4. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – występuje trudność przy otwarciu opakowania

TAK – 2 pkt – łatwe otwieranie

W przypadku oceny 0 pkt dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce uwagi!

**ARKUSZ OCENY
PAKIET NR III – RĘKAWICE STERYLNE**

Wykonawca

Lp.	Parametr	Skala ocen	Ocena	Uwagi
I	Rękawice chirurgiczne neoprenowe pf mr			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
5	Chwytność rękawiczki	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
II	Rękawice chirurgiczne lateksowe pd mp			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
III	Rękawice chirurgiczne lateksowe pf mp			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
5	Chwytność rękawiczki	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
IV	Rękawice chirurgiczne lateksowe pf mr			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność	<i>Ocena binarna</i>		

załącznik nr 6 do SIWZ

	(odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
5	Chwytność rękawiczki	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
V	Rękawice medyczne lateksowe pf mr ginekologiczne			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	<i>0 - 2</i>		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
5	Chwytność rękawiczki	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
VI	Rękawice chirurgiczne lateksowe pf mr ortopedyczne			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	<i>0 - 2</i>		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
VII	Rękawice medyczne neoprenowe pf mp do cytostatyków			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	<i>0 - 2</i>		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
4	Łatwość otwierania opakowania jednostkowego	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
5	Chwytność rękawiczki	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		

Oceny dokonaj:

imię i nazwisko, data, podpis

Stanowisko:.....

Oddział:.....

INSTRUKCJA OCENY TECHNICZNEJ

Punkt 1. Ocena „0 albo 1 albo 2”

0 pkt – 20% – 30% odczynów alergicznych w badanej grupie

1 pkt – 10% – 20% odczynów alergicznych w badanej grupie

2 pkt – 0% – 10% odczynów alergicznych w badanej grupie

w przypadku 30% i powyżej odczynów alergicznych w badanej grupie oferta zostaje odrzucona

Punkt 2. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – rękawiczki podczas nakładania pękają, rozrywają się

TAK – 2 pkt – rękawiczki podczas nakładania nie pękają, nie rozrywają się

Punkt 3. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek

TAK – 2 pkt – rękawiczki łatwo się nakłada

Punkt 4. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – występuje trudność przy otwarciu opakowania

TAK – 2 pkt – łatwe otwieranie

Punkt 5. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – brak pewności chwytu narzędzia w ręku

TAK – 2 pkt – narzędzie pewnie trzymane w ręku przez użytkownika

W przypadku oceny 0 pkt dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce uwagi!

ARKUSZ OCENY
PAKIET NR IV – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NIESTERYLNE

Wykonawca

Lp.	Parametr	Skala ocen	Ocena	Uwagi
I	Rękawiczki diagnostyczne winylowe pf mr			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
II	Rękawiczki diagnostyczne winylowe pf mr do cytostatyków			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
III	Rękawiczki diagnostyczne nitylowe pf mr ogólnego przeznaczenia			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
IV	Rękawiczki diagnostyczne lateksowe pf mr			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
V	Rękawiczki diagnostyczne lateksowe pd mr			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozerwania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		

załącznik nr 6 do SIWZ

	podczas nakładania)			
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
VI	Rękawice higieniczne			
1	Ocena odczynowości (alergizacji) podczas stosowania	0 - 2		
2	Wytrzymałość i elastyczność (odporność na rozzerwania podczas nakładania)	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		
3	Łatwość nakładania	<i>Ocena binarna tak/nie</i>		

Oceny dokonał:
imię i nazwisko, data, podpis

Stanowisko:.....

Oddział:.....

INSTRUKCJA OCENY TECHNICZNEJ

Punkt 1. Ocena „0 albo 1 albo 2”

0 pkt – 20% – 30% odczynów alergicznych w badanej grupie

1 pkt – 10% – 20% odczynów alergicznych w badanej grupie

2 pkt – 0% – 10% odczynów alergicznych w badanej grupie

! w przypadku 30 % i powyżej odczynów alergicznych w badanej grupie oferta zostaje odrzucona

Punkt 2. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – rękawiczki podczas nakładania pękają, rozrywają się

TAK – 2 pkt – rękawiczki podczas nakładania nie pękają, nie rozrywają się

Punkt 3. Ocena „tak/nie”

NIE – 0 pkt – występują trudności przy nakładaniu rękawiczek

TAK – 2 pkt – rękawiczki łatwo się nakłada

W przypadku oceny 0 pkt. dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce uwagi!